

2241



Nasjonalt referanselaboratorium for vannanalyser

Samordnet med



Statlig program for
forurensningsovervåking

Oppdragsgiver


Statens forurensningstilsyn

Prosjekt nr 8101402

Miniringtester for
overvåkingsformål

mini-
ringtest 8919

Fosfat, totalfosfor, nitrat,
totalnitrogen, totalt organisk
karbon, og kjemisk
oksygenforbruk, COD_{Mn}





Nasjonalt referanselaboratorium for vannanalyser

Landsomfattende kontroll med forurensende utslipp og overvåking av vannressursene forutsetter analyselaboratorier med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Miljøverndepartementet har derfor gitt tilskudd til etablering av regionale laboratorier for vannanalyser. Dette skaper behov for en sentral referanse- og rådgivningsinstans.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) fungerer fra 1981 som nasjonalt referanselaboratorium for vannanalyser. Referanselaboratoriet har faglig ansvar for

- metodearbeid og utstyrspørsling
- løpende standardiseringsvirksomhet
- organisering av ringtester
- veiledning, informasjon og opplæring
- nasjonalt og internasjonalt samarbeid
- utførelse av analyser etter behov

Referanselaboratoriets arbeid blir koordinert med virksomheten innen det statlige program for forurensningsovervåking.

Det er opprettet et råd for referanselaboratoriet. Rådet skal være et kontaktorgan for brukerne av referanselaboratoriet og delta i planleggingen av arbeidet. Sekretariatet for rådet er lagt til Statens forurensningstilsyn (SFT), som har den overordnede styring av referanselaboratoriets virksomhet.

Forespørsler om retningslinjene for referanselaboratoriets arbeid kan rettes til Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 Dep, 0132 OSLO 1 - tlf. (02) 22 98 10.

Faglige spørsmål vedrørende de enkelte referanseaktiviteter kan tas opp med Norsk institutt for vannforskning, Postboks 333 Blindern, 0314 OSLO 3 - tlf. (02) 23 52 80.

NIVA – RAPPORT

Norsk institutt for vannforskning  NIVA

Hovedkontor
Postboks 33, Blindern
0313 Oslo 3
Telefon (02) 23 52 80
Telefax (02) 39 41 29

Sørlandsavdelingen
Grooseveien 36
4890 Grimstad
Telefon (041) 43 033
Telefax (041) 42 709

Østlandsavdelingen
Rute 866
2312 Ottestad
Telefon (065) 76 752

Vestlandsavdelingen
Breiviken 5
5035 Bergen - Sandviken
Telefon (05) 95 17 00
Telefax (05) 25 78 90

Prosjektnr.:
0-81014-02
Undernummer:
Løpenummer:
2241
Begrenset distribusjon:

Rapportens tittel:
MINIRINGTESTER FOR OVERVÅKINGSFORMÅL
Miniringtest 8919: Fosfat, totalfosfor, nitrat,
totalnitrogen, totalt organisk karbon og kjemisk
oksygenforbruk (COD_{Mn}).

Dato:
25. april 1989
Prosjektnummer:
0-81014-02

Forfatter (e):
Hovind, Håvard

Faggruppe:
31-1
Geografisk område:
Antall sider (inkl. bilag):
61


Oppdragsgiver:	Oppdragsg. ref. (evt. NTNF-nr.):
Statens forurensningstilsyn (SFT)	

Ekstrakt:
Ved miniringtest 8919 bestemte 20 regionale laboratorier fosfat, total-fosfor, nitrat, totalnitrogen, totalt organisk karbon og kjemisk oksygen-forbruk (COD_{Mn}) i syntetiske vannprøver, samt i naturlig ferksvann og sjøvann tilslatt kjente stoffmengder.
I alt ble 70 prosent av resultatene vurdert som akseptable - syv laboratorier hadde 86% eller flere akseptable resultater. Ved to av laboratoriene var bare 35% av resultatene akseptable.

- 4 emneord, norske:
1. Miniringtest 8919
 2. Overvåking
 3. Fosfor
 4. Nitrogen
 5. Organisk stoff

- 4 emneord, engelske:
1. Intercalibration no. 8919
 2. Monitoring
 3. Phosphorous
 4. Nitrogen
 5. Organic matter

Prosjektleder:



For administrasjonen:



NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

0-81014-02

MINIRINGTESTER FOR OVERVÅKINGSFORMÅL
Miniringtest 8919

FOSFAT, TOTALFOSFOR, NITRAT,
TOTALNITROGEN, TOTALT ORGANISK KARBON OG
KJEMISK OKSYGENFORBRUK (COD_{Mn})

Oslo 25. april 1989

Saksbehandler: Håvard Hovind

Leder for referanseaktivitetene: Ingvar Dahl

For
administrasjonen: Rainer Lichtenthaler

0. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

Miniringtest 8919 ble gjennomført i mars-april 1989 og omfattet bestemmelse av fosfat, totalfosfor, nitrat, totalnitrogen, totalt organisk karbon og kjemisk oksygenforbruk (permanganatoksidasjon) i syntetiske vannprøver, samt i naturlig ferskvann og sjøvann tilslatt kjente stoffmengder.

Alle de tyve innbudte laboratorier deltok i miniringtesten. Analyse-resultatene ble bearbeidet statistisk og vurdert ut fra hva som anses rimelig i overvåkingssammenheng.

Det var de systematiske avvik som dominerte resultatene, både for fosfor- og nitrogenvariable, og hos organisk stoff. Det var best resultater for fosfat, nitrat og kjemisk oksygenforbruk, mens resultatene for totalfosfor, totalnitrogen og totalt organisk karbon var vesentlig dårligere. Dessuten var det generelt færre akseptable resultater for sjøvann enn for ferskvann.

Hos de ti laboratoriene bestemte totalt organisk karbon var gjennomsnittlig halvparten av resultatene akseptable. Bare fem laboratorier analyserte sjøvannsprøvene, og spredningen var så stor at resultatene ikke ble vurdert.

Totalt ble 70 % av resultatene klassifisert som akseptable. Syv laboratorier hadde 86 % eller flere akseptable resultater.

Hos to laboratorier var bare 35 % av resultatene akseptable. Disse og andre laboratorier med høy andel uakseptable resultater må sette i verk særlige tiltak for å oppspore og korrigere systematiske feil ved bestemmelsene. Det er nødvendig å gå grundig gjennom arbeidsrutiner og analyseinstrumenter, og dokumentere løpende, intern kvalitetskontroll.

INNHOLDSFORTEGNELSE

0. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON	2
1. INNLEDNING	5
2. RESULTATER	5
2.1 Fosfat	5
2.2 Totalfosfor	25
2.3 Nitrat	26
2.4 Totalnitrogen	26
2.5 Totalt organisk karbon	27
2.6 Kjemisk oksygenforbruk	27
2.7 Intern kvalitetskontroll	28
3. VURDERING AV RESULTATENE	28
4. LITTERATUR	32

FIGURER

1. Fosfat, prøvepar AB	8
2. Fosfat, prøvepar CD	9
3. Fosfat, prøvepar EF	10
4. Totalfosfor, prøvepar AB	11
5. Totalfosfor, prøvepar CD	12
6. Totalfosfor, prøvepar EF	13
7. Nitrat-nitrogen, prøvepar AB	14
8. Nitrat-nitrogen, prøvepar CD	15
9. Nitrat-nitrogen, prøvepar EF	16
10. Totalnitrogen, prøvepar AB	17
11. Totalnitrogen, prøvepar CD	18
12. Totalnitrogen, prøvepar EF	19
13. Totalt organisk karbon, prøvepar AB	20
14. Totalt organisk karbon, prøvepar CD	21
15. Totalt organisk karbon, prøvepar EF	22
16. Kjemisk oksygenforbruk, prøvepar AB	23
17. Kjemisk oksygenforbruk, prøvepar CD	24

TABELLER

1. Oversikt over resultatene ved miniringtest 8919	6
2. Vurdering av resultatene ved miniringtest 8919	29
3. Oversikt over de enkelte laboratoriers resultater ved miniringtest 8919	30
TILLEGG 1. GJENNOMFØRING	34
Analysevariabler og metoder	34
Vannprøver og kontrollanalyser	34
Prøveutsendelse og resultatrapportering	38
TILLEGG 2. BEHANDLING AV ANALYSEDATA	39
TILLEGG 3. DELTAKERNES RESULTATER	41

1. INNLEDNING

Det statlige program for forurensningsovervåking ble etablert i 1980 med Statens forurensningstilsyn (SFT) som ansvarlig for gjennomføringen. Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) er faglig koordinator for overvåkingen av vassdrag og fjorder, og virker som nasjonalt referanselaboratorium på vannanalyseområdet.

Som ledd i arbeidet med å sikre pålitelige og sammenlignbare overvåkingsdata organiserer referanselaboratoriet spesielle miniringtester hvor analysevariabler, konsentrasjonsnivåer og resultatbedømmelse er tilpasset formålet. Deltakere er regionale laboratorier som medvirker i overvåningsprogrammet.

Miniringtest 8919 omfatter bestemmelse av fosfat, totalfosfor, nitrat, totalnitrogen, totalt organisk karbon og kjemisk oksygenforbruk, COD_{Mn}, i syntetiske og naturlige vannprøver. Selve gjennomføringen av ringtesten er beskrevet i Tillegg 1.

2. RESULTATER

20 laboratorier fikk tilsendt vannprøver, og samtlige returnerte analyseresultater.

Deltakernes analyseresultater er bearbeidet statistisk og illustrert grafisk ved hjelp av EDB-programmer utarbeidet ved NIVA. Fremgangsmåten ved behandling av tallmaterialet er nærmere omtalt i Tillegg 2.

Analyseresultatene er illustrert i figurene 1-17, der hvert laboratorium er representert med et kors og identifikasjonsnummer. Noen resultater som avviker betydelig fra de sanne verdier, er ikke kommet med i diagrammene.

De enkelte laboratoriers resultater - ordnet etter identifikasjonsnummer - fremgår av tabell 3.2, se Tillegg 3. Et mer fullstendig statistisk materiale er samlet i de øvrige tabellene i samme tillegg.

2.1 Fosfat

Resultatene er presentert i figurene 1-3 og tabellene 3.3-3.5.


Seks av laboratoriene bestemte fosfat manuelt i henhold til Norsk Standard, NS 4724 (1), mens de øvrige laboratorier benyttet en auto-

TABELL 1. OVERTSIKT OVER RESULTATENE VED MINIRINGTEST 8919.

PARAMETER METODE	PRØVE- PAR		SANNE VERDIER		ANTALL		MEDIAN		GJENNOMSNITT/STANDARDAVVIK				RELATIV ST. AVVIK		RELATIV FEIL		
	1	2	1	2	TOT	U	1	2	SNITT	STD	SNITT	STD	1	2	1	2	
FOSFAT																	
ALLE METODER	AB	9.3	6.8	20	1	9.3	6.8	9.5	1.05	6.9	0.78	11.0	11.4	2.1	1.1		
AUTOANALYSATOR		14	1	9.3	6.8	9.4	0.93	6.9	0.91	9.9	13.2	1.1	0.9				
NS 4724		6	0	9.4	6.9	9.7	1.33	6.9	0.49	13.8	7.2	4.3	1.4				
ALLE METODER	CD	36.0	49.8	20	1	36.0	49.8	36.5	2.11	50.3	2.87	5.8	5.7	1.5	1.1		
AUTOANALYSATOR		14	0	36.3	50.0	37.3	3.33	51.3	3.85	8.9	7.5	3.6	2.9				
NS 4724		6	0	36.1	49.5	36.4	1.88	50.1	3.97	5.2	7.9	1.1	0.6				
ALLE METODER	EF	24.3	31.2	16	0	24.3	31.2	24.9	2.32	31.0	2.95	9.3	9.5	2.6	-0.7		
AUTOANALYSATOR		13	0	24.0	31.4	24.9	2.54	30.9	3.27	10.2	10.6	2.3	-0.9				
NS 4724		3	0	25.2	31.0	25.2	1.20	31.3	0.89	4.8	2.8	3.7	0.3				
TOTALFOSFOR																	
ALLE METODER	AB	14.7	11.0	20	3	14.7	11.0	14.7	2.20	11.2	2.22	15.0	19.8	0.0	1.9		
AUTOANALYSATOR		14	3	13.9	10.0	14.0	2.27	10.5	2.34	16.2	22.3	-4.5	-4.7				
NS 4725		6	0	15.7	13.0	15.9	1.54	12.6	1.24	9.7	9.9	8.4	14.1				
ALLE METODER	CD	39.2	52.1	20	0	39.2	52.0	40.2	4.16	53.5	4.77	10.4	8.9	2.5	2.7		
AUTOANALYSATOR		14	0	39.2	52.5	40.6	4.80	53.5	4.31	11.8	8.1	3.5	2.6				
NS 4725		6	0	39.5	51.2	39.3	2.06	53.6	6.17	5.3	11.5	0.2	2.8				
ALLE METODER	EF	29.5	40.0	16	0	29.5	40.0	30.0	3.79	40.0	3.52	12.6	8.8	1.7	-0.1		
AUTOANALYSATOR		4	0	30.6	41.7	30.6	3.84	41.0	3.04	12.5	7.4	3.8	2.4				
NS 4725		12	0	29.5	39.8	29.8	3.92	39.7	3.73	13.2	9.4	1.0	-0.9				
NITRAT-NITROGEN	AB	27.0	40.2	20	2	27.0	40.2	26.9	2.46	41.2	2.23	9.1	5.4	-0.3	2.6		
AUTOANALYSATOR																	

U = UTELATTE RESULTATER

FIG. 1 FOSFAT
ALLE METODER



**FIG. 2 FOSFAT
ALLE METODER**




FIG. 3 FOSFAT
ALLE METODER




FIG. 4 TOTALFOSFOR
ALLE METODER




FIG. 5 TOTALFOSFOR
ALLE METODER




FIG. 6 TOTALFOSFOR
ALLE METODER




FIG. 7


NITRAT-NITROGEN
AUTOANALYSATOR

FIG. 8 NITRAT-NITROGEN
AUTOANALYSATOR




FIG. 9 NITRAT-NITROGEN
AUTOANALYSATOR




FIG. 10 TOTALT NITROGENINNHOLD
AUTOANALYSATOR




FIG. 11 TOTALT NITROGENINNHOLD
AUTOANALYSATOR




FIG. 12


TOTALT NITROGENINNHOLD
AUTOANALYSATOR

FIG. 13 TOT. ORGANISK KARBON (TOC)
ALLE METODER




FIG. 14 TOT. ORGANISK KARBON (TOC)
ALLE METODER




FIG. 15 TOT. ORGANISK KARBON (TOC)
ALLE METODER




FIG. 16 KJEM. OKS.FORBRUK (COD-MN)
ALLE METODER





FIG. 17 KJEM. OKS.FORBRUK (COD-MN)
ALLE METODER



matisert versjon av denne metoden. Det er ingen entydige systematiske forskjeller mellom resultatene bestemt ved de to metodene, forskjellen varierer både med prøvetype og konsentrasjonsnivå. For ferskvannsprøvene er de avvikende resultater gjennomgående for høye.

Totalt sett ble det ved denne miniringtesten oppnådd samme andel akseptable resultater for fosfat som ved den forrige (7). Blant de laboratoriene som har fått uakseptable resultater, er det de systematiske avvik som dominerer bildet, selv om enkelte resultater viser store tilfeldige avvik. Laboratorier med systematisk avvikende resultater må undersøke om avviket er konstant eller proporsjonalt med fosfat-konsentrasjonen. Konstante avvik er i første rekke knyttet til hvordan man fastlegger nullpunktet på måleskalaen, og dermed hvordan man utfører blindprøvekorreksjonen.

De proporsjonale avvik er knyttet til de kjemiske forhold under bestemmelsen. I et automatisk analysesystem er som regel blandingsforholdet mellom prøve og reagenser forskjellig fra den manuelle metoden, og det må kontrolleres om pH i reaksjonsblandingene ligger innenfor det anbefalte område. Endringer i pH i reaksjonsblandingene kan gi store utslag i den målte absorbans. Ved å bruke avionisert vann under fremstilling av kalibreringsløsningene, kan man risikere å få ulike reaksjonsbetingelser ved kalibrering og analyse av f.eks. prøver med høyere saltinnhold.

2.2 Totalfosfor

Resultatene er presentert i figurene 4-6 og tabellene 3.6-3.8. Seks av laboratoriene utførte bestemmelsen manuelt i henhold til Norsk Standard, NS 4725 (2), mens de andre benyttet en automatisert versjon av denne. Det er ingen entydig forskjell mellom resultatene fra disse to gruppene laboratorier, da forskjellen i middelverdi varierer fra en prøve til en annen.

I gjennomsnitt var bare noe over halvparten av analyseresultatene for totalfosfor akseptable, og dette er vesentlig dårligere enn ved siste miniringtest (7).

De dominerende avvik ved bestemmelse av totalfosfor er av systematisk art. Det er ingen åpenbar grunn til at resultatene er dårligere ved denne miniringtesten enn tidligere, men årsaken antas å være hovedsakelig den samme som for fosfat.

Oppslutningstrinnet kommer i tillegg til selve fosfatbestemmelsen. De

laboratorier som har uakseptable resultater for totalfosfor, men akseptable for fosfat, må i første rekke undersøke hvordan oppslutningen påvirker resultatene.

De laboratorier som har samme type avvik for begge analysevariable, må spesielt undersøke forholdene omkring sluttbestemmelsen. Dette gjelder særlig laboratorium nr. 7 og 15, men også nr. 3 og 13, som alle har systematisk høye verdier for begge variable. I sjøvann har nr. 6 og 18 systematisk for høye resultater, mens nr. 9 har systematisk for lave resultater.

2.3 Nitrat

Resultatene er presentert i figurene 7-9 og i tabellene 3.9-3.11. For denne analysevariabelen ble det oppnådd noe bedre resultater enn ved siste ringtest der næringssalter ble analysert, med gjennomsnittlig 84 % akseptable resultater denne gang. Relativt sett er avvikene størst i prøve A og B hvor konsentrasjonene er lavest.

Alle laboratoriene benyttet en automatisert versjon av Norsk Standard ved bestemmelsen av nitrat. NS 4745 (3) beskriver en metode for bestemmelse av nitrat i ukonserverte prøver. Alle prøvene ved denne miniringtesten var konservert med svovelsyre, og enkelte laboratorier som til daglig analyserer ukonserverte prøver, måtte derfor nøytralisere prøvene før analyse. Dette er blitt fremhevet som et stort problem av noen laboratorier, som påpeker at nøytraliseringstrinnet er et avvik fra rutinemetoden, og derfor fører til økt usikkerhet i analyseresultatet.

Avvikene i de enkelte laboratorieters resultater er først og fremst av systematisk art, og disse laboratoriene må undersøke om avviket er konstant, eller proporsjonalt med nitratkonsentrasjonen.

2.4 Totalnitrogen

Resultatene er presentert i figurene 10-12 og tabellene 3.9-3.11. Totalt sett ble 65 % av resultatene bedømt som akseptable.

Alle laboratoriene oppsluttet prøvene med peroksodisulfat i henhold til Norsk Standard, NS 4743 (4), og benyttet en automatisert versjon av metoden til selve sluttbestemmelsen.

I de fleste tilfellene er avviket hovedsakelig av systematisk art både

for bestemmelse av nitrat og totalnitrogen, men avvikene er gjennomgående mye større og de tilfeldige feil mer dominerende for totalnitrogen. Årsaken til eventuelle feil er i mange tilfeller sannsynligvis knyttet til oppslutningstrinnet.

2.5 Totalt organisk karbon

Halvparten av laboratoriene sendte inn resultater for totalt organisk karbon. Resultatene er presentert i figurene 13-15 og i tabellene 3.12-3.14. Totalt sett er gjennomsnittlig halvparten av resultatene akseptable når det benyttes akseptansegrenser på $\pm 0,2 \text{ mg/l}$ eller 20 %.

For sjøvannsprøvene foreligger resultater bare fra fem laboratorier, og spredningen er så stor at det ikke finnes grunnlag for å vurdere disse. For å gi et bilde av spredningen er det lagt inn en sirkel i figur 15, som representerer en grense på 20 % av medianverdiene.

Åtte laboratorier benyttet instrumenter basert på nedbrytning av det organiske materialet ved en kombinasjon av UV-bestralning og våtkjemisk oppslutning med peroksodisulfat. Ett laboratorium benyttet et instrument basert på katalytisk forbrenning ved høy temperatur, mens et annet benyttet UV-oppslutning og bestemmelse med autoanalysator. Resultatene bestemt ved den katalytiske forbrenning ble systematisk altfor høye. Dette gjaldt også de syntetiske prøvene A og B der den sanne verdi er kjent, og forskjellen fra de andre metodene skyldes derfor ikke at forbrenningsmetoden er mer effektiv for slike prøvetyper. Autoanalysatormetoden ga resultater som var sammenlignbare med de andre for disse prøvene.

De systematiske avvik dominerer ved bestemmelsen, og det virker som om flere laboratorier har fått resultater med tilnærmet konstant avvik. En mulig forklaring på dette er at det kan være vanskelig å definere et nullsignal ved kalibrering av instrumentet. Ved lave konsentrasjoner fører slike forhold til store relative utslag, mens dette har mindre betydning ved høyere konsentrasjoner.

2.6 Kjemisk oksygenforbruk (COD_{Mn})

Resultater for kjemisk oksygenforbruk bestemt ved permanganatoksidasjon ble sendt inn av 16 laboratorier. Resultatene er presentert i figurene 16 og 17, og i tabellene 3.15-3.16. Med unntak av ett laboratorium som benyttet autoanalysator, fulgte samtlige Norsk

Standard, NS 4759 (5), ved bestemmelsen. Totalt sett ble 81 % av resultatene vurdert som akseptable. Den store andel akseptable resultater for prøvene C og D, sett i forhold til A og B, skyldes at konsentrasjonen av organisk stoff i de naturlige prøvene er vesentlig høyere enn i de syntetiske.

Resultatene er meget avhengige av reaksjonsbetingelsene under bestemmelsen, og de laboratoriene som har fått for store systematiske avvik må gjennomgå arbeidsmåten for analysemetoden.

2.7 Intern kvalitetskontroll

Sammen med analyseresultatene ble laboratoriene bedt om å sende inn middelverdi og standardavvik fra siste periodes internkontroll for de aktuelle analysevariable. Disse er sammenstilt i tabell 3.1 i tillegg.

Gjennom kvalitetskontrollen kan man få et bilde av størrelsen til de tilfeldige feil for de enkelte analysevariable. 16 laboratorier har sendt inn kontrollresultater for minst en analysevariabel, mens laboratorium nr. 12, 13, 18 og 20 ikke har oppgitt kontrollresultater for noen av de seks analysevariable. Noen få laboratorier har angitt at de utfører visse analyser meget sjeldent, og at de derfor ikke har gjennomført systematisk internkontroll for disse variable. De laboratorier som fortsatt ikke utfører rutinemessig internkontroll, må sette dette igang snarest, f.eks. slik som beskrevet i håndboken (6) som er tilsendt tidligere.

Det fremkommer ikke noe entydig bilde av hvordan standardavviket varierer med konsentrasjonen ved kontrollanalysene. De laboratorier som har uforholdsmessig store standardavvik i forhold til de øvrige deltakerne, bør undersøke om det er spesielle grunner for at spredningen er større enn vanlig, og forsøke å redusere de tilfeldige feil. Disse feil kan variere noe fra ett laboratorium til et annet, fordi de lokale forhold naturligvis må være forskjellige.

3. VURDERING AV RESULTATENE

En vurdering av om et analyseresultat er akseptabelt eller ikke, er avhengig av hva det skal brukes til. Formålet med minirigtestene er å bidra til pålitelige og fremfor alt sammenlignbare overvåkingsdata. De valgte akseptansegrenser må betraktes mer som analysefaglige mål enn som endelig fastlagte nøyaktighetskrav.

Ved fastsettelse av akseptansegrensene er tidligere miniringtester lagt til grunn, men det er også tatt hensyn til konsentrasjonsnivåene. I figurene 1-17 er det avsatt en sirkel med radius som tilsvarer akseptansegrensen for vedkommende analysevariabel. Sentrum i sirkelen representerer de samme verdier. Resultater som ligger innenfor denne sirkelen, er regnet som akseptable.

I tabell 2 er akseptansegrensene angitt for de enkelte variable og prøvepar, samt en samlet vurdering av resultatene fra miniringtest 8919.

Tabell 2. Vurdering av resultatene ved miniringtest 8919.

Variabel	Prøve-par	Akseptanse-grense	Antall resul-tater	Antall aksep-table	% aksep-table	Gj.snitt andel akseptable
Fosfat	AB	2 µg/l	20	16	80	77
	CD	10 %	20	15	75	
	EF	10 %	16	12	75	
Totalfosfor	AB	3 µg/l	20	12	60	54
	CD	10 %	20	11	55	
	EF	10 %	16	7	44	
Nitrat	AB	5 µg/l	20	15	75	84
	CD	10 %	20	18	90	
	EF	10 %	15	13	87	
Totalnitrogen	AB	15 %	19	11	58	65
	CD	15 %	19	13	68	
	EF	15 %	14	10	71	
Totalt organisk karbon	AB	20 %	10	4	40	50
	CD	20 %	10	6	60	
	EF		(5)			
Kjemisk oks.forbruk	AB	20 %	16	11	69	81
	CD	20 %	16	15	94	
Totalt			271	189		69

Tabel 3. Oversikt over de enkelte laboratoriers resultater ved miniringtet 8919.

S+ : Resultatene er systematisk for høye
 S- : Resultatene er systematisk for lave
 T : De tilfeldige feil dominerer
 () : Resultater i parentes er ikke akseptable

U : Laboratoriet har unnlagt å sende inn resultater
 * : Begge resultatene i et resultatpar ligger meget nær den samme verdi

Lab. nr.	PO ₄ -P			TOT-P			NO ₃ -N			TOT-N			TOC			COD-Mn		% aksept- able		
	AB	CD	EF	AB	CD	EF	AB	CD	EF	AB	CD	EF	AB	CD	AB	CD	AB	CD		
1	S+	*	S+	(S-)	*	S+	(T)	S+	S+	(S+)	(S+)	(S+)	(U)	(U)	S+	S+	64	(53)		
2	T	S+	T	T	*	T	T	S-	S-	(S-)	(S-)	(S-)	(U)	(U)	*	*	86	(71)		
3	(S+)	S+	T	(S+)	(S+)	T	S-	(S-)	(S-)	(S+)	(S+)	(S+)	(S+)	(S+)	T	*	35			
4	*	S+	S-	S-	S-	S-	S-	*	T	(S+)	(S+)	(S+)	S+	S+	(U)	(U)	86	(71)		
5	S-	S-	S-	S-	S-	S-	(S-)	*	T	S+	S+	S+	S+	S+	(S+)	(U)	87	(76)		
6	*	S+	(S+)	(S+)	(S+)	(S+)	(S+)	(S+)	S+	S+	S+	S-	S-	(U)	(U)	T	S+	64	(53)	
7	(S+)	(S+)	(T)	(S+)	(S+)	(T)	T	*	S-	S-	S-	T	T	(T)	(S+)	(S+)	50	(47)		
8	S-	S-	(U)	S+	T	(U)	*	S-	(U)	T	S+	(U)	(U)	(T)	S-	S-	92	(65)		
9	S-	S-	(S-)	T	S+	(S-)	(S-)	S+	*	S+	T	S-	(U)	(U)	(U)	S-	S-	86	(71)	
10	S+	*	T	S-	S-	(S-)	(S-)	S+	*	*	*	T	S+	(U)	(U)	(U)	T	S+	93	(76)
11	S-	(T)	*	S+	(S+)	(T)	*	S-	*	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	(U)	S-	S-	73	(47)
12	S-	T	(U)	S-	(S-)	(U)	S+	(S+)	(T)	S+	S+	S-	(U)	(U)	S-	(U)	90	(53)		
13	(S+)	S+	S+	(S+)	(S+)	(S+)	(S+)	(S+)	S+	S+	S-	S-	S-	(U)	(U)	*	S+	64	(53)	
14	S+	(S-)	(U)	*	(S-)	(U)	*	S-	(U)	T	S-	(U)	(U)	(U)	(U)	(S-)	S-	70	(41)	
15	(S+)	(S+)	(U)	(S+)	(S+)	(U)	(S+)	(S+)	T	S-	(U)	T	S-	(U)	*	(S-)	S-	58	(41)	
16	S-	(S+)	T	S+	S+	*	T	(S+)	(S+)	T	*	T	(U)	(U)	(U)	S-	S-	79	(65)	
17	S-	S-	(S-)	(S-)	(S-)	(S-)	(S-)	(S+)	S+	S+	S-	(S-)	(S-)	(S-)	(U)	T	57	(47)		
18	T	(S+)	*	S-	S-	*	(S+)	(S+)	S+	S+	S+	S-	(S+)	(S+)	(S+)	(S+)	35			
19	*	T	S+	S-	S-	T	(S+)	(S+)	S+	S-	(S-)	(S-)	(S-)	(S+)	(T)	S+	71			
20	*	T	S-	S-	S-	T	(S+)	(S+)	S+	(S+)	(S+)	(S+)	(S+)	(S+)	(S-)	(U)	54	(41)		

En mer detaljert oversikt over de enkelte laboratoriers resultater er gitt i tabell 3. Denne tabellen er fremstilt slik at den gir opplysninger som vil være til hjelp ved det enkelte laboratoriums egen oppfølging av ringtesten. De fleste laboratoriene har fått angitt to tall i kolonnen for andel akseptable resultater. Det første tallet angir prosent akseptable resultatpar blant de verdiene laboratoriet har sendt inn, mens tallet i parentes angir prosent akseptable resultatpar i forhold til det forventede antall. Det er relativt få laboratorier som disponerer utstyr for bestemmelse av totalt organisk karbon og som dermed har mulighet for å sende inn resultater for alle analysevariable. Noen få laboratorier har angitt at de ikke analyserer sjøvann rutinemessig, og disse har - med ett unntak - unnlatt å rapportere resultater for prøvepar E,F.

Ialt ble 70 % av de innsendte resultater bedømt som akseptable, og dette er noe svakere enn ved forrige miniringtest der næringssaltene ble bestemt (7). Hos syv laboratorier var 86 % eller flere av de utførte analyser akseptable. De fleste uakseptable resultatene er i stor grad koncentrert til bestemte laboratorier, og det er nå helt nødvendig at disse gjennomfører ekstra tiltak for å komme opp på samme nivå som de øvrige. For laboratorium nr. 3 og 18 var bare 35 % av resultatene akseptable. Sistnevnte har også unnlatt å sende inn kontrollresultater, kfr. kapittel 2.7. Referanselaboratoriet vil ta direkte kontakt med de laboratorier som har problemer.

4. LITTERATUR

- (1) NORGES STANDARDISERINGSFORBUND: Norsk Standard, NS 4724 - Vannundersøkelse. Bestemmelse av fosfat. 2. utg., februar 1984.
- (2) NORGES STANDARDISERINGSFORBUND: Norsk Standard, NS 4725 - Vannundersøkelse. Bestemmelse av totalfosfor. 2. utg., februar 1984.
- (3) NORGES STANDARDISERINGSFORBUND: Norsk Standard, NS 4745 - Vannundersøkelse. Bestemmelse av summen av nitritt- og nitrat-nitrogen. 1. utg., august 1975.
- (4) NORGES STANDARDISERINGSFORBUND: Norsk Standard, NS 4743 - Vannundersøkelse. Bestemmelse av nitrogeninnhold etter oksydasjon med peroksodisulfat. 1. utg., august 1975.
- (5) NORGES STANDARDISERINGSFORBUND: Norsk Standard, NS 4759 - Vannundersøkelse. Bestemmelse av kjemisk oksygenforbruk, COD_{Mn}. Oksidasjon med permanganat. 1. utg., november 1981.
- (6) NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING: Intern kvalitetskontroll. Håndbok for vannanalyselaboratorier. 0-81015-01, september 1986.
- (7) NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING: Miniringtest 8818. Fosfat, totalfosfor, nitrat, ammonium og totalnitrogen. 0-81014-02, 20. januar, 1989.

T I L L E G G

TILLEGG 1. GJENNOMFØRING

Analysevariabler og metoder
Vannprøver og kontrollanalyser
Prøveutsendelse og resultatrapportering

TILLEGG 2. BEHANDLING AV ANALYSEDATA

TILLEGG 3. DELTAKERNES RESULTATER

TILLEGG 1: GJENNOMFØRING

Analysevariabler og metoder

Det er til nå gjennomført atten miniringtester. I denne nittende miniringtesten (8919) inngår bestemmelse av fosfat, totalfosfor, nitrat, totalnitrogen, totalt organisk karbon og kjemisk oksygenforbruk.

Deltakerne ble bedt om å følge Norsk Standard ved bestemmelsene (1-5).

Det var også anledning til å bruke automatiserte metoder ved analysene. For totalfosfor og totalnitrogen blir prøvene i slike tilfeller oppsluttet manuelt etter Norsk Standard (2,4) før den fotometriske sluttbestemmelsen utføres med autoanalysator.

Vannprøver og kontrollanalyser

Til miniringtestene ble det sendt ut seks vannprøver. Prøvene A og B var syntetiske, og ble fremstilt ved å løse nøyaktig innveide mengder av rene salter i destillert vann. Til prøvepar CD ble benyttet humusholdig ferskvann, og til prøvepar EF sjøvann. Både ferskvannet og sjøvannet ble tilsatt kjente mengder av de aktuelle forbindelser. Tilsetning av fosfat skjedde i form av en løsning av kaliumhydrogenfosfat mens organisk bundet fosfor og nitrogen ble tilsatt som en løsning av dinatrium-adenosin-5'-monofosfat. Tilsetning av nitrat skjedde i form av en løsning av kaliumnitrat. Ytterligere mengder organisk bundet nitrogen ble tilsatt som en løsning av dinatriumsaltet av EDTA, mens konsentrasjonen av totalt organisk karbon ble justert ved tilsetning av en løsning av glukose.

Det naturlige vannet som ble brukt til fremstilling av ringtestprøvene ble tappet på store beholdere av polyetylen og lagret omrent en måned ved værelsestemperatur, før det ble filtrert gjennom membranfilter med nominell porevidde 0,45 µm. 20 L porsjoner av vannet ble overført til nye polyetylenbeholdere, tilsatt 1 ml svovelsyre (1 mol/l) pr. 100 ml løsning, og lagret ytterligere en uke. Destillert vann til de syntetiske prøvene ble også tilsatt svovelsyre og oppbevart på samme måte.

Av disse løsningene ble det tatt ut delprøver til bestemmelse av bakgrunnskonsentrasjonen av fosfat, totalfosfor, nitrat, totalnitrogen, totalt organisk karbon og kjemisk oksygenforbruk (permanganatmetoden), før kjente mengder av de forskjellige forbindelsene ble tilsatt. Ringtestprøvene ble etter tilsetningen lagret på de store beholderne, og fordelt på 500 ml polyetylenflasker en ukes tid før

utsendelse til deltakerne.

Før og under ringtestperioden ble det tatt ut åtte prøveserier til kontrollanalyser ved NIVA, og resultatene av disse viser at delprøvene var stabile under hele ringtestperioden. Konservering av slike prøver med svovelsyre har vist seg å være helt nødvendig for at prøvene skal være stabile over en lengre periode.

Forventede konsentrasjoner beregnet på grunnlag av målte bakgrunnsverdier og tilsatte stoffmengder ("sanne verdier"), samt konsentrasjonsdifferansene for hvert prøvepar ("sann differanse") er gjengitt i tabell 1.1-1.6 for henholdsvis fosfat, totalfosfor, nitrat, totalnitrogen, totalt organisk karbon og kjemisk oksygenforbruk. På samme sted er også gitt en oversikt over resultatene ved NIVAs kontrollanalyser.

Det er akseptabel overensstemmelse mellom de forventede "sanne verdier" og middelverdien av kontrollresultatene. Som sann verdi ble benyttet medianverdien av de innsendte resultater.

Tabell 1.1. Fosfat ($\mu\text{g/l PO}_4^{\text{-P}}$). Målte bakgrunnsverdier, beregnede konsentrasjoner og konsentrasjonsdifferanser, og sammendrag av NIVAs kontrollanalyser.

Prøve	Målte bakgrunns-verdier	Beregnet mengde tilsatt	Forventet "sann" verdi	Sann diff.	Kontrollresultater Middel-verdi	Standard avvik
A	<0,5	9,4	9,4	2,7	9,5	0,50
B	<0,5	6,7	6,7		6,8	0,37
C	2,5	33,5	36,0	13,3	36,1	0,49
D	2,5	46,8	49,3		49,3	0,46
E	24,0	0	24,0	7,2	23,7	0,26
F	24,5	6,7	31,2		30,5	0,46

Tabell 1.2. Totalfosfor ($\mu\text{g/l TOT-P}$). Målte bakgrunnsverdier, samt beregnede konsentrasjoner og konsentrasjonsdifferanser, og sammendrag av NIVAs kontrollanalyser.

Prøve	Målte bakgrunns-verdier	Beregnet mengde tilsatt	Forventet "sann" verdi	Sann diff.	Kontrollresultater Middel-verdi	Standard avvik
A	<0,5	14,7	14,7	4,0	14,6	0,74
B	<0,5	10,7	10,7		10,4	0,74
C	5,0	33,5	38,5	13,3	38,1	0,83
D	5,0	46,8	51,8		50,9	0,64
E	29	0	29,0	10,3	28,9	0,35
F	34	5,3	39,3		39,8	0,46

Tabell 1.3. Nitrat ($\mu\text{g/l NO}_3\text{-N}$). Målte bakgrunnsverdier, beregnede konsentrasjoner og konsentrasjonsdifferanser, og sammendrag av NIVAs kontrollanalyser.

Prøve	Målte bakgrunns-verdier	Beregnet mengde tilsatt	Forventet "sann" verdi	Sann diff.	Kontrollresultater Middel-verdi	Standard avvik
A	<1	27	27	13	27,4	2,8
B	<1	40	40		40,0	1,8
C	285	0	285	67	286	7,9
D	285	67	352		350	8,0
E	270	40	310	40	305	9,1
F	270	0	270		265	8,4

Tabell 1.4. Totalnitrogen ($\mu\text{g/l TOT-N}$). Målte bakgrunnsverdier, samt beregnede konsentrasjoner og konsentrasjonsdifferanser, og sammendrag av NIVAs kontrollanalyser.

Prøve	Målte bakgrunns-verdier	Beregnet mengde tilsatt	Forventet "sann" verdi	Sann diff.	Kontrollresultater Middel-verdi	Standard avvik
A	42	133	175	36	179	11,0
B	42	169	211		217	5,5
C	400	0	400	67	405	6,9
D	400	67	467		474	7,9
E	370	40	410	38	400	6,1
F	360	12	372		366	7,8

Tabell 1.5. Totalt organisk karbon (mg/l TOC). Målte bakgrunnsverdier, beregnede konsentrasjoner og konsentrasjonsdifferanser, og sammendrag av NIVAs kontrollanalyser.

Prøve	Målte bakgrunns-verdier	Beregnet mengde tilsatt	Forventet "sann" verdi	Sann diff.	Kontrollresultater Middel-verdi	Standard avvik
A	<0,10	0,96	0,96	0,38	0,87	0,053
B	<0,10	1,34	1,34		1,26	0,049
C	2,60	1,02	3,60	1,00	3,67	0,220
D	2,60	0	2,60		2,62	0,065
E	1,4	0	1,4	1,0	1,66	0,35
F	1,4	1,0	2,4		2,55	0,57

Tabell 1.6. Kjemisk oksygenforbruk (mg/l 0). Sammendrag av NIVAs kontrollanalyser.

Prøve	Målte bakgrunns-verdier	Beregnet mengde tilsatt	Forventet "sann" verdi	Sann diff.	Kontrollresultater Middel-verdi	Standard avvik
A	<0,10	-	-	-	1,43	0,10
B	<0,10	-	-	-	2,08	0,12
C	3,20	-	-	-	4,78	0,20
D	3,20	-	-	-	3,23	0,20

Prøveutsendelse og resultatrapportering

Prøvene ble sendt fra NIVA fredag 24. februar 1989. Tidsfristen for rapportering av analyseresultatene var satt til fredag 17. mars 1989. Det ble sendt ut prøver til ialt 20 laboratorier, som alle returnerte analyseresultater.

TILLEGG 2: BEHANDLING AV ANALYSEDATA

Selv ringtesten ble gjennomført etter Youdens metode. Denne metoden forutsetter at det analyseres to prøver pr. variabel, og at den enkelte deltakter bare oppgir ett analyseresultat pr. prøve. For hver variabel avsettes samtlige deltakeres resultater i et rettvinklet koordinatsystem. Alle resultatparene markeres i diagrammet med et symbol, f.eks. et lite kors (jfr. figur 1-17).

Den grafiske presentasjon gjør det mulig å skjelne mellom systematiske og tilfeldige analysefeil hos deltakerne. De to linjene i diagrammet som representerer prøvenes sanne verdier, eventuelt medianverdiene av resultatene, deler dette i fire kvadranter. I et tenkt tilfelle hvor analysen påvirkes bare av tilfeldige feil, vil resultatparene (korsene) fordele seg jevnt over de fire kvadrantene. I praksis derimot har korsene en tendens til å samle seg i nedre venstre og øvre høyre kvadrant og danne et karakteristisk ellipseformet mønster langs 45^0 -linjen, som angir konsentrasjonsdifferansen mellom prøvene. Dette gjenspeiler det forhold at mange laboratorier - på grunn av systematiske feil - har fått for lave eller for høye verdier i begge prøver.

Grensen for akseptable resultater er angitt som en sirkel med sentrum i skjæringspunktet mellom linjene som markerer de sanne verdier. Avstanden fra sirkelens sentrum til det enkelte kors i diagrammet er et mål for laboratoriets totale analysefeil. Avstanden langs 45^0 -linjen gir et uttrykk for størrelsen av de systematiske feil, mens avstanden vinkelrett på denne linjen antyder bidraget fra de tilfeldige feil. Laboratoriets plassering i diagrammet gir altså direkte opplysninger om analysefeilens art og størrelse, slik at man lettere kan finne fram til årsakene.

Systematiske feil kan f.eks. skyldes unøyaktige kalibreringsløsninger, dårlig instrumentkalibrering, feilaktig arbeidsteknikk eller mangler ved analysemetoden. Årsaken til de tilfeldige feil kan være ukontrollerbare variasjoner i analysebetingelsene - blant annet som følge av ustabilitet hos instrumenter og forskjeller i mengden av tilsatte reagenser - eller menneskelig svikt (fortynningsfeil, avlesningsfeil, regne- og skrivefeil).

For hver enkelt prøve er dessuten analyseresultatene fremstilt i et histogram som er plassert langs den tilhørende akse i Youdendiagrammet. Det aktuelle måleområdet er delt inn i ti intervaller. Sann verdi er markert mellom de to midtre stolpene i histogrammet. Prosentvis andel av resultatene i hvert intervall kan leses av på ordinaten.

De enkelte laboratoriers analyseresultater, ordnet etter stigende identifikasjonsnumre, er vist i tabell 3.2.

Den statistiske bearbeidelsen av analyseresultatene følger disse retningslinjer: Resultatpar hvor den ene eller begge verdier ligger utenfor sann verdi $\pm 50\%$ forkastes. Av de gjenstående resultater beregnes middelverdi (x) og standardavvik (s). Resultatpar hvor en eller begge verdier faller utenfor $x \pm 3s$, utelates. Av de resterende resultater beregnes de forskjellige statistiske variable. Tallmaterialet fra den avsluttende beregningsomgangen er gjengitt i tabellene 3.3-3.17. Enkeltresultater som er utelatt ved beregningene er merket med bokstaven U.

TILLEGG 3. DELTAKERNES RESULTATER

Tabel 3.1. Oversikt over laboratorienees internkontrollresultater forfosfat, totalfosfor, nitrat, totalnitrogen, totalt organisk karbon og kjemisk oksygenforbruk (COD_{Mn}). X er middelverdien og s er standard avviket.

Lab. nr.	Fosfat X	Fosfat S	Totalfosfor X	Totalfosfor S	Nitrat X	Nitrat S	Totalnitrogen X	Totalnitrogen S	Totalt org. karbon X	Totalt org. karbon S	Kjemisk oks. forbruk X	Kjemisk oks. forbruk S	Anmerkninger
1	28,4	0,86	29,6	0,93	282,8	7,69	831,4	30,4	-	-	2,02	0,23	
2	38,0	1,62	44,0	1,54	260,5	4,42	390	33,2	-	-	-	-	
3	36,2	0,74	45,1	1,43	250,3	4,87	355,0	11,8	5,4	0,63	4,8	0,24	
4	29,6	0,82	54,4	1,71	201	4,8	-	-	7,22	0,19	-	-	
5	41,1	1,8	47,0	3,4	251	5,8	458	28,5	5,07	0,14	-	-	
6	11,8	0,4	18,5	1,2	46,9	4,4	176	9,3	-	-	4,97	0,19	
7	37	1,64	46	1,57	243	8,76	519	31,3	-	-	-	-	
8	9,84	0,54	10,1	0,79	202	4	253	11	4,91	0,15	5,75	0,16	*Dobbelanalyser
9	41	0,50	45,5	1,5	253	2,0	358	3,1	-	*0,059	0,114		
10	40,2	0,81	45,3	0,57	251	2,1	365	12	-	4,01	0,11		
11	41,0	0,29	45,7	1,13	251	1,53	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen kontrolldata!
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen kontrolldata!
14	9,9	0,87	21,0	1,84	202,6	4,43	306	12,5	-	-	-	-	
15	32,4	0,38	36,6	0,40	251	0,57	252	1,57	-	-	-	-	
16	39,5	0,3	45,1	0,5	254	3,0	355	6,1	-	-	-	-	
17	29,8	0,73	32,4	1,27	102	6,3	260	11,3	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen kontrolldata!
19	98,4	2,3	43,4	1,3	2484	47	2004	42	-	-	-	-	Ingen kontrolldata!
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen kontrolldata!

TABELL 3.2. DE ENKELTE DELTAGERES ANALYSERESULTATER.

	PO4-P MIKG/L		PO4-P MIKG/L		PO4-P MIKG/L	
	A	B	C	D	E	F
1	9.9	7.1	36.0	50.0	23.0	31.0
2	9.3	7.8	37.7	50.0	23.6	31.4
3	11.8	8.5	37.5	52.5	27.0	31.5
4	9.4	6.8	35.8	49.2	24.8	31.6
5	8.7	6.2	34.5	48.0	23.6	30.6
6	9.1	6.8	38.2	51.8	29.4	35.1
7	18.0	14.0	40.0	57.0	24.0	23.0
8	8.9	6.6	35.4	48.0		
9	9.0	6.4	35.0	49.0	21.0	26.0
10	9.7	7.4	36.2	49.1	25.0	30.9
11	8.6	6.2	36.0	57.0	24.0	31.0
12	9.0	6.0	36.0	48.0		
13	12.3	7.28	39.6	51.4	26.4	32.3
14	9.2	7.3	34.0	45.2		
15	10.5	8.5	46.0	62.0		
16	8.5	6.2	41.0	51.5	23.9	33.4
17	8.2	5.9	35.3	49.2	23.3	31.0
18	9.5	6.0	32.5	50.0	30.0	35.0
19	9.3	7.0	36.5	49.5	24.5	31.4
20	9.5	6.6	37.1	49.8	25.2	30.6

	TOT-P MIKG/L		TOT-P MIKG/L		TOT-P MIKG/L	
	A	B	C	D	E	F
1	13.1	7.3	39.0	52.0	30.0	42.0
2	16.5	11.0	39.4	52.1	28.0	40.7
3	18.4	15.1	40.4	58.6	31.5	40.0
4	12.4	9.8	37.2	50.2	29.3	38.5
5	13.9	9.7	37.3	48.6	26.6	37.7
6	15.9	17.3	46.8	54.6	36.3	42.8
7	26.0	16.0	46.0	58.0	31.0	35.0
8	15.4	13.7	40.0	51.4		
9	14.7	12.4	40.0	53.0	24.0	34.0
10	14.8	10.5	37.1	50.9	26.2	37.1
11	16.0	13.0	41.0	64.0	35.0	40.0
12	13.0	10.0	35.0	47.0		
13	18.8	13.5	41.8	57.6	32.3	43.4
14	14.5	11.6	36.7	46.9		
15	23.0	20.0	52.0	63.0		
16	15.7	13.3	42.7	53.8	29.4	39.5
17	10.0	8.0	39.0	56.0	25.0	37.0
18	12.5	8.5	35.0	50.0	37.0	48.0
19	14.2	10.2	38.2	51.5	29.5	40.6
20	16.1	13.0	39.0	50.6	29.0	43.4

	NO3-N MIKG/L		NO3-N MIKG/L		NO3-N MIKG/L	
	A	B	C	D	E	F
1	20.0	40.0	295.	370.	310.	265.
2	27.0	43.0	285.	348.	285.	250.
3	25.0	37.5	260.	320.	260.	235.
4	27.0	41.0	283.	344.	295.	259.
5	26.0	40.0	286.	360.	307.	266.
6	30.2	45.0	294.	354.	301.	265.
7	30.0	40.0	290.	355.	300.	255.
8	28.0	40.0	280.	345.		
9	30.0	43.0	285.	352.	297.	261.
10	28.0	42.0	288.	355.	299.	259.
11	27.0	39.5	281.	349.	295.	259.
12	30.0	42.0	287.	351.		
13	25.2	47.0	293.	362.	306.	265.
14	27.0	40.0	274.	333.		
15	27.0	42.0	274.	336.		
16	25.5	40.3	306.2	381.7	331.9	294.4
17	25.0	40.0	291.	365.	295.	258.
18	40.0	45.0	294.	360.	320.	275.
19	26.9	39.8	277.	340.	288.	250.
20	32.0	53.0	300.	380.		

	TOT-N MIKG/L		TOT-N MIKG/L		TOT-N MIKG/L	
	A	B	C	D	E	F
1	215.	255.	470.	555.	470.	430.
2	83.0	108.	356.	426.	392.	360.
3	430.	530.	580.	510.	300.	260.
4	230.	240.	470.	510.	450.	420.
5	160.	214.	451.	502.	456.	398.
6	162.	201.	378.	459.	400.	375.
7	180.	210.	385.	455.	445.	380.
8	182.	223.	444.	488.		
9	188.	227.	400.	497.	408.	380.
10	186.	215.	416.	475.	435.	407.
11						
12	185.	232.	435.	525.		
13	168.	201.	376.	439.	381.	385.
14	192.	204.	390.	424.		
15	167.	214.	395.	444.		
16	197.1	206.8	405.6	474.5	415.9	390.1
17	75.0	97.0	350.	410.	365.	340.
18	216.	290.	390.	465.	420.	405.
19	141.	211.	406.	450.	429.	213.
20	260.	368.	496.	536.		

	TOC MG/L		TOC MG/L		TOC MG/L	
	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	1.70	2.00	4.30	3.40	0.80	1.60
4	1.20	1.40	3.80	2.80		
5	1.30	1.60	4.00	2.90	1.30	2.20
6						
7	1.59	1.28	3.30	2.49		
8	0.93	1.76	3.67	2.75		
9						
10						
11						
12	1.10	1.40	3.80	2.90		
13						
14						
15	1.18	1.53	3.64	2.82		
16						
17						
18	3.00	3.00	7.00	5.00	6.00	8.00
19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20	1.46	1.93	4.37	3.32	0.55	0.55

	COD-MN MG/L		COD-MN MG/L	
	A	B	C	D
1	1.54	2.07	5.15	3.25
2	1.48	2.02	4.74	3.25
3	1.60	2.00	4.80	3.20
4				
5				
6	1.45	1.94	4.85	3.31
7	1.80	2.30	4.80	3.10
8	1.28	1.84	4.59	2.97
9	1.34	1.97	4.73	3.15
10	1.40	2.20	5.10	3.40
11	1.30	1.80	4.70	3.00
12				
13	1.42	2.10	4.87	3.44
14	1.30	1.60	4.30	3.20
15	1.10	1.80	4.60	3.10
16	1.10	1.90	4.50	3.00
17	1.28	2.33	4.86	3.88
18	2.10	2.60	5.60	3.80
19	1.40	2.20	5.00	3.30
20				

TABELL 3.3

STATISTIKK, FOSFAT

PRØVE A

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	20	VARAIASJONSBREDDE:	4.10
ANTALL UTELATTE RES.:	1	VARIANS:	1.09
SANN VERDI:	9.30	STANDARDAVVIK:	1.05
MIDDELVERDI:	9.49	RELATIVT STANDARDAVVIK:	11.01 %
MEDIAN:	9.30	RELATIV FEIL:	2.09 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

17	8.20	:	6	9.10	:	10	9.70
16	8.50	:	14	9.20	:	1	9.90
11	8.60	:	2	9.30	:	15	10.5
5	8.70	:	19	9.30	:	3	11.8
8	8.90	:	4	9.40	:	13	12.3
9	9.00	:	18	9.50	:	7	18.0 U
12	9.00	:	20	9.50	:		

PRØVE B

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	20	VARAIASJONSBREDDE:	2.60
ANTALL UTELATTE RES.:	1	VARIANS:	0.61
SANN VERDI:	6.80	STANDARDAVVIK:	0.78
MIDDELVERDI:	6.87	RELATIVT STANDARDAVVIK:	11.41 %
MEDIAN:	6.80	RELATIV FEIL:	1.07 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

17	5.90	:	8	6.60	:	14	7.30
12	6.00	:	20	6.60	:	10	7.40
18	6.00	:	6	6.80	:	2	7.80
16	6.20	:	4	6.80	:	15	8.50
11	6.20	:	19	7.00	:	3	8.50
5	6.20	:	1	7.10	:	7	14.0 U
9	6.40	:	13	7.28	:		

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.4

STATISTIKK, FOSFAT

PRØVE C

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	20	VARAIASJONSBREDDE:	8.50
ANTALL UTELATTE RES.:	1	VARIANS:	4.46
SANN VERDI:	36.0	STANDARDAVVIK:	2.11
MIDDELVERDI:	36.54	RELATIVT STANDARDAVVIK:	5.78 %
MEDIAN:	36.0	RELATIV FEIL:	1.51 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

18	32.5	:	1	36.0	:	2	37.7
14	34.0	:	11	36.0	:	6	38.2
5	34.5	:	12	36.0	:	13	39.6
9	35.0	:	10	36.2	:	7	40.0
17	35.3	:	19	36.5	:	16	41.0
8	35.4	:	20	37.1	:	15	46.0 U
4	35.8	:	3	37.5	:		

STATISTIKK, FOSFAT

PRØVE D

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	20	VARAIASJONSBREDDE:	11.8
ANTALL UTELATTE RES.:	1	VARIANS:	8.23
SANN VERDI:	49.8	STANDARDAVVIK:	2.87
MIDDELVERDI:	50.33	RELATIVT STANDARDAVVIK:	5.70 %
MEDIAN:	49.8	RELATIV FEIL:	1.06 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

14	45.2	:	17	49.2	:	16	51.5
5	48.0	:	19	49.5	:	6	51.8
12	48.0	:	20	49.8	:	3	52.5
8	48.0	:	18	50.0	:	7	57.0
9	49.0	:	1	50.0	:	11	57.0
10	49.1	:	2	50.0	:	15	62.0 U
4	49.2	:	13	51.4	:		

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.5

STATISTIKK, FOSFAT

PRØVE E

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	16	VARAIASJONSBREDDE:	9.00
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	5.37
SANN VERDI:	24.3	STANDARDAVVIK:	2.32
MIDDELVERDI:	24.92	RELATIVT STANDARDAVVIK:	9.30 %
MEDIAN:	24.25	RELATIV FEIL:	2.55 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

9	21.0	:	7	24.0	:	20	25.2
1	23.0	:	11	24.0	:	13	26.4
17	23.3	:	19	24.5	:	3	27.0
5	23.6	:	4	24.8	:	6	29.4
2	23.6	:	10	25.0	:	18	30.0
16	23.9	:					

PRØVE F

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	16	VARAIASJONSBREDDE:	12.1
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	8.70
SANN VERDI:	31.2	STANDARDAVVIK:	2.95
MIDDELVERDI:	30.99	RELATIVT STANDARDAVVIK:	9.52 %
MEDIAN:	31.2	RELATIV FEIL:	-0.68 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

7	23.0	:	17	31.0	:	4	31.6
9	26.0	:	1	31.0	:	13	32.3
5	30.6	:	19	31.4	:	16	33.4
20	30.6	:	2	31.4	:	18	35.0
10	30.9	:	3	31.5	:	6	35.1
11	31.0	:					

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.6

STATISTIKK, TOTALFOSFOR

PRØVE A

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	20	VARAIASJONSBREDDE:	8.80
ANTALL UTELATTE RES.:	3	VARIANS:	4.84
SANN VERDI:	14.7	STANDARDAVVIK:	2.20
MIDDELVERDI:	14.71	RELATIVT STANDARDAVVIK:	14.96 %
MEDIAN:	14.7	RELATIV FEIL:	0.04 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

17	10.0	:	14	14.5	:	20	16.1
4	12.4	:	9	14.7	:	2	16.5
18	12.5	:	10	14.8	:	3	18.4
12	13.0	:	8	15.4	:	13	18.8
1	13.1	:	16	15.7	:	15	23.0 U
5	13.9	:	6	15.9	U	7	26.0 U
19	14.2	:	11	16.0	:		

PRØVE B

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	20	VARAIASJONSBREDDE:	7.80
ANTALL UTELATTE RES.:	3	VARIANS:	4.95
SANN VERDI:	11.0	STANDARDAVVIK:	2.22
MIDDELVERDI:	11.21	RELATIVT STANDARDAVVIK:	19.84 %
MEDIAN:	11.0	RELATIV FEIL:	1.93 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

1	7.30	:	10	10.5	:	13	13.5
17	8.00	:	2	11.0	:	8	13.7
18	8.50	:	14	11.6	:	3	15.1
5	9.70	:	9	12.4	:	7	16.0 U
4	9.80	:	11	13.0	:	6	17.3 U
12	10.0	:	20	13.0	:	15	20.0 U
19	10.2	:	16	13.3	:		

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.7

STATISTIKK, TOTALFOSFOR

PRØVE C

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	20	VARIASJONSBREDDE:	17.0
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	17.28
SANN VERDI:	39.2	STANDARDAVVIK:	4.16
MIDDELVERDI:	40.18	RELATIVT STANDARDAVVIK:	10.35 %
MEDIAN:	39.2	RELATIV FEIL:	2.50 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

12	35.0	:	1	39.0	:	11	41.0
18	35.0	:	17	39.0	:	13	41.8
14	36.7	:	20	39.0	:	16	42.7
10	37.1	:	2	39.4	:	7	46.0
4	37.2	:	9	40.0	:	6	46.8
5	37.3	:	8	40.0	:	15	52.0
19	38.2	:	3	40.4	:		

PRØVE D

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	20	VARIASJONSBREDDE:	17.1
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	22.74
SANN VERDI:	52.1	STANDARDAVVIK:	4.77
MIDDELVERDI:	53.49	RELATIVT STANDARDAVVIK:	8.92 %
MEDIAN:	52.05	RELATIV FEIL:	2.67 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

14	46.9	:	8	51.4	:	17	56.0
12	47.0	:	19	51.5	:	13	57.6
5	48.6	:	1	52.0	:	7	58.0
18	50.0	:	2	52.1	:	3	58.6
4	50.2	:	9	53.0	:	15	63.0
20	50.6	:	16	53.8	:	11	64.0
10	50.9	:	6	54.6	:		

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.8

STATISTIKK, TOTALFOSFOR

PRØVE E

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	16	VARAIASJONSBREDDE:	13.0
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	14.36
SANN VERDI:	29.5	STANDARDAVVIK:	3.79
MIDDELVERDI:	30.01	RELATIVT STANDARDAVVIK:	12.63 %
MEDIAN:	29.45	RELATIV FEIL:	1.72 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

9	24.0	:	4	29.3	:	3	31.5
17	25.0	:	16	29.4	:	13	32.3
10	26.2	:	19	29.5	:	11	35.0
5	26.6	:	1	30.0	:	6	36.3
2	28.0	:	7	31.0	:	18	37.0
20	29.0	:					

PRØVE F

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	16	VARAIASJONSBREDDE:	14.0
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	12.4
SANN VERDI:	40.0	STANDARDAVVIK:	3.52
MIDDELVERDI:	39.98	RELATIVT STANDARDAVVIK:	8.81 %
MEDIAN:	40.0	RELATIV FEIL:	-0.05 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

9	34.0	:	16	39.5	:	1	42.0
7	35.0	:	3	40.0	:	6	42.8
17	37.0	:	11	40.0	:	13	43.4
10	37.1	:	19	40.6	:	20	43.4
5	37.7	:	2	40.7	:	18	48.0
4	38.5	:					

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.9

STATISTIKK, NITRAT-NITROGEN

PRØVE A

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	20	VARAIASJONSBREDDE:	10.2
ANTALL UTELATTE RES.:	2	VARIANS:	6.04
SANN VERDI:	27.0	STANDARDAVVIK:	2.46
MIDDELVERDI:	26.93	RELATIVT STANDARDAVVIK:	9.12 %
MEDIAN:	27.0	RELATIV FEIL:	-0.25 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

1	20.0	:	14	27.0	:	9	30.0
3	25.0	:	15	27.0	:	7	30.0
17	25.0	:	4	27.0	:	12	30.0
13	25.2	:	11	27.0	:	6	30.2
16	25.5	:	2	27.0	:	20	32.0 U
5	26.0	:	10	28.0	:	18	40.0 U
19	26.9	:	8	28.0	:		

PRØVE B

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	20	VARAIASJONSBREDDE:	9.50
ANTALL UTELATTE RES.:	2	VARIANS:	4.97
SANN VERDI:	40.2	STANDARDAVVIK:	2.23
MIDDELVERDI:	41.23	RELATIVT STANDARDAVVIK:	5.41 %
MEDIAN:	40.15	RELATIV FEIL:	2.56 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

3	37.5	:	17	40.0	:	9	43.0
11	39.5	:	5	40.0	:	2	43.0
19	39.8	:	16	40.3	:	18	45.0 U
8	40.0	:	4	41.0	:	6	45.0
1	40.0	:	12	42.0	:	13	47.0
7	40.0	:	10	42.0	:	20	53.0 U
14	40.0	:	15	42.0	:		

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.10

STATISTIKK, NITRAT-NITROGEN

PRØVE C

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	20	VARIAJONSBREDDE:	46.2
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	106.55
SANN VERDI:	287.	STANDARDAVVIK:	10.3
MIDDELVERDI:	286.16	RELATIVT STANDARDAVVIK:	3.61 %
MEDIAN:	287.	RELATIV FEIL:	-0.29 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

3	260.	:	9	285.	:	13	293.
14	274.	:	2	285.	:	18	294.
15	274.	:	5	286.	:	6	294.
19	277.	:	12	287.	:	1	295.
8	280.	:	10	288.	:	20	300.
11	281.	:	7	290.	:	16	306.2
4	283.	:	17	291.	:		

PRØVE D

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	20	VARIAJONSBREDDE:	61.7
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	226.93
SANN VERDI:	353.	STANDARDAVVIK:	15.06
MIDDELVERDI:	353.	RELATIVT STANDARDAVVIK:	4.27 %
MEDIAN:	353.	RELATIV FEIL:	-0.3 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

3	320.	:	11	349.	:	5	360.
14	333.	:	12	351.	:	13	362.
15	336.	:	9	352.	:	17	365.
19	340.	:	6	354.	:	1	370.
4	344.	:	7	355.	:	20	380.
8	345.	:	10	355.	:	16	381.7
2	348.	:	18	360.	:		

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.11

STATISTIKK, NITRAT-NITROGEN

PRØVE E

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	15	VARIAJONSBREDDE:	71.9
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	260.77
SANN VERDI:	299.	STANDARDAVVIK:	16.15
MIDDELVERDI:	299.33	RELATIVT STANDARDAVVIK:	5.39 %
MEDIAN:	299.	RELATIV FEIL:	0.11 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

3	260.	:	4	295.	:	13	306.
2	285.	:	9	297.	:	5	307.
19	288.	:	10	299.	:	1	310.
11	295.	:	7	300.	:	18	320.
17	295.	:	6	301.	:	16	331.9

PRØVE F

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	15	VARIAJONSBREDDE:	59.4
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	168.53
SANN VERDI:	259.	STANDARDAVVIK:	12.98
MIDDELVERDI:	261.09	RELATIVT STANDARDAVVIK:	4.97 %
MEDIAN:	259.	RELATIV FEIL:	0.81 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

3	235.	:	11	259.	:	1	265.
2	250.	:	10	259.	:	6	265.
19	250.	:	4	259.	:	5	266.
7	255.	:	9	261.	:	18	275.
17	258.	:	13	265.	:	16	294.4

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.12

STATISTIKK, TOTALT NITROGENINNHOLD

PRØVE A

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	19	VARIAJONSBREDDE:	89.0
ANTALL UTELATTE RES.:	4	VARIANS:	559.01
SANN VERDI:	185.	STANDARDAVVIK:	23.64
MIDDELVERDI:	184.61	RELATIVT STANDARDAVVIK:	12.81 %
MEDIAN:	185.	RELATIV FEIL:	-0.21 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

17	75.0	U	:	7	180.	:	16	197.1
2	83.0	U	:	8	182.	:	1	215.
19	141.		:	12	185.	:	18	216.
5	160.		:	10	186.	:	4	230.
6	162.		:	9	188.	:	20	260. U
15	167.		:	14	192.	:	3	430. U
13	168.		:					

PRØVE B

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	19	VARIAJONSBREDDE:	89.0
ANTALL UTELATTE RES.:	4	VARIANS:	573.52
SANN VERDI:	214.	STANDARDAVVIK:	23.95
MIDDELVERDI:	222.92	RELATIVT STANDARDAVVIK:	10.74 %
MEDIAN:	214.	RELATIV FEIL:	4.17 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

17	97.0	U	:	19	211.	:	12	232.
2	108.	U	:	15	214.	:	4	240.
13	201.		:	5	214.	:	1	255.
6	201.		:	10	215.	:	18	290.
14	204.		:	8	223.	:	20	368. U
16	206.8		:	9	227.	:	3	530. U
7	210.		:					

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.13

STATISTIKK, TOTALT NITROGENINNHOLD

PRØVE C

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	19	VARIASJONSBREDDE:	230.
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	3071.87
SANN VERDI:	406.	STANDARDAVVIK:	55.42
MIDDELVERDI:	420.72	RELATIVT STANDARDAVVIK:	13.17 %
MEDIAN:	405.6	RELATIV FEIL:	3.62 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

17	350.	:	15	395.	:	8	444.
2	356.	:	9	400.	:	5	451.
13	376.	:	16	405.6	:	4	470.
6	378.	:	19	406.	:	1	470.
7	385.	:	10	416.	:	20	496.
14	390.	:	12	435.	:	3	580.
18	390.	:					

PRØVE D

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	19	VARIASJONSBREDDE:	145.
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	1627.68
SANN VERDI:	475.	STANDARDAVVIK:	40.34
MIDDELVERDI:	476.03	RELATIVT STANDARDAVVIK:	8.48 %
MEDIAN:	474.5	RELATIV FEIL:	0.22 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

17	410.	:	6	459.	:	5	502.
14	424.	:	18	465.	:	4	510.
2	426.	:	16	474.5	:	3	510.
13	439.	:	10	475.	:	12	525.
15	444.	:	8	488.	:	20	536.
19	450.	:	9	497.	:	1	555.
7	455.	:					

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.14

STATISTIKK, TOTALT NITROGENINNHOLD

PRØVE E

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	14	VARIAJONSBREDDE:	170.
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	1923.39
SANN VERDI:	418.	STANDARDAVVIK:	43.86
MIDDELVERDI:	411.92	RELATIVT STANDARDAVVIK:	10.65 %
MEDIAN:	417.95	RELATIV FEIL:	-1.45 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

3	300.	:	9	408.	:	7	445.
17	365.	:	16	415.9	:	4	450.
13	381.	:	18	420.	:	5	456.
2	392.	:	19	429.	:	1	470.
6	400.	:	10	435.	:		

PRØVE F

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MIKROGRAM/LITER

ANTALL DELTAGERE:	14	VARIAJONSBREDDE:	217.
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	3691.06
SANN VERDI:	383.	STANDARDAVVIK:	60.75
MIDDELVERDI:	367.36	RELATIVT STANDARDAVVIK:	16.54 %
MEDIAN:	382.5	RELATIV FEIL:	-4.08 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

19	213.	:	7	380.	:	18	405.
3	260.	:	9	380.	:	10	407.
17	340.	:	13	385.	:	4	420.
2	360.	:	16	390.1	:	1	430.
6	375.	:	5	398.	:		

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.15

STATISTIKK, TOTALT ORGANISK KARBON

PRØVE A

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MG/L

ANTALL DELTAGERE:	10	VARAIASJONSBREDDE:	0.77
ANTALL UTELATTE RES.:	1	VARIANS:	0.07
SANN VERDI:	1.20	STANDARDAVVIK:	0.26
MIDDELVERDI:	1.27	RELATIVT STANDARDAVVIK:	20.68 %
MEDIAN:	1.20	RELATIV FEIL:	6.11 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

8	0.93	:	4	1.20	:	7	1.59
19	1.00	:	5	1.30	:	3	1.70
12	1.10	:	20	1.46	:	18	3.00 U
15	1.18	:					

PRØVE B

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MG/L

ANTALL DELTAGERE:	10	VARAIASJONSBREDDE:	1.00
ANTALL UTELATTE RES.:	1	VARIANS:	0.10
SANN VERDI:	1.53	STANDARDAVVIK:	0.32
MIDDELVERDI:	1.54	RELATIVT STANDARDAVVIK:	20.65 %
MEDIAN:	1.53	RELATIV FEIL:	0.94 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

19	1.00	:	15	1.53	:	20	1.93
7	1.28	:	5	1.60	:	3	2.00
12	1.40	:	8	1.76	:	18	3.00 U
4	1.40	:					

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.16

STATISTIKK, TOTALT ORGANISK KARBON

PRØVE C

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MG/L

ANTALL DELTAGERE:	10	VARAIASJONSBREDDE:	1.07
ANTALL UTELATTE RES.:	2	VARIANS:	0.13
SANN VERDI:	3.80	STANDARDAVVIK:	0.35
MIDDELVERDI:	3.86	RELATIVT STANDARDAVVIK:	9.18 %
MEDIAN:	3.80	RELATIV FEIL:	1.58 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

19	1.00 U	:	4	3.80	:	3	4.30
7	3.30	:	12	3.80	:	20	4.37
15	3.64	:	5	4.00	:	18	7.00 U
8	3.67	:					

PRØVE D

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MG/L

ANTALL DELTAGERE:	10	VARAIASJONSBREDDE:	0.91
ANTALL UTELATTE RES.:	2	VARIANS:	0.09
SANN VERDI:	2.86	STANDARDAVVIK:	0.30
MIDDELVERDI:	2.92	RELATIVT STANDARDAVVIK:	10.26 %
MEDIAN:	2.86	RELATIV FEIL:	2.19 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

19	1.00 U	:	15	2.82	:	20	3.32
7	2.49	:	5	2.90	:	3	3.40
8	2.75	:	12	2.90	:	18	5.00 U
4	2.80	:					

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.17

STATISTIKK, TOTALT ORGANISK KARBON

PRØVE E

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MG/L

ANTALL DELTAGERE:	5	VARAIASJONSBREDDE:	0.50
ANTALL UTELATTE RES.:	2	VARIANS:	0.06
SANN VERDI:	1.00	STANDARDAVVIK:	0.25
MIDDELVERDI:	1.03	RELATIVT STANDARDAVVIK:	24.35 %
MEDIAN:	1.00	RELATIV FEIL:	3.33 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

20	0.55 U	:	19	1.00	:	18	6.00 U
3	0.80	:	5	1.30	:		

PRØVE F

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MG/L

ANTALL DELTAGERE:	5	VARAIASJONSBREDDE:	1.20
ANTALL UTELATTE RES.:	2	VARIANS:	0.36
SANN VERDI:	1.60	STANDARDAVVIK:	0.60
MIDDELVERDI:	1.60	RELATIVT STANDARDAVVIK:	37.5 %
MEDIAN:	1.60	RELATIV FEIL:	-0.0 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

20	0.55 U	:	3	1.60	:	18	8.00 U
19	1.00	:	5	2.20	:		

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.18

STATISTIKK, KJEMISK OKSYGENFORBRUK (COD-MN)

PRØVE A

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MG/L

ANTALL DELTAGERE:	16	VARAIASJONSBREDDE:	1.00
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	0.06
SANN VERDI:	1.40	STANDARDAVVIK:	0.25
MIDDELVERDI:	1.43	RELATIVT STANDARDAVVIK:	17.46 %
MEDIAN:	1.40	RELATIV FEIL:	2.19 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

15	1.10	:	9	1.34	:	2	1.48
16	1.10	:	10	1.40	:	1	1.54
8	1.28	:	19	1.40	:	3	1.60
17	1.28	:	13	1.42	:	7	1.80
14	1.30	:	6	1.45	:	18	2.10
11	1.30	:					

PRØVE B

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MG/L

ANTALL DELTAGERE:	16	VARAIASJONSBREDDE:	1.00
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	0.06
SANN VERDI:	2.01	STANDARDAVVIK:	0.25
MIDDELVERDI:	2.04	RELATIVT STANDARDAVVIK:	12.04 %
MEDIAN:	2.01	RELATIV FEIL:	1.59 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

14	1.60	:	9	1.97	:	10	2.20
11	1.80	:	3	2.00	:	19	2.20
15	1.80	:	2	2.02	:	7	2.30
8	1.84	:	1	2.07	:	17	2.33
16	1.90	:	13	2.10	:	18	2.60
6	1.94	:					

U = UTELATTE RESULTATER

TABELL 3.19

STATISTIKK, KJEMISK OKSYGENFORBRUK (COD-MN)

PRØVE C

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MG/L

ANTALL DELTAGERE:	16	VARAIASJONSBREDDE:	1.30
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	0.09
SANN VERDI:	4.80	STANDARDAVVIK:	0.30
MIDDELVERDI:	4.82	RELATIVT STANDARDAVVIK:	6.19 %
MEDIAN:	4.80	RELATIV FEIL:	0.51 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

14	4.30	:	2	4.74	:	13	4.87
16	4.50	:	3	4.80	:	19	5.00
8	4.59	:	7	4.80	:	10	5.10
15	4.60	:	6	4.85	:	1	5.15
11	4.70	:	17	4.86	:	18	5.60
9	4.73	:					

PRØVE D

ANALYSEMETODE: ALLE METODER

ENHET: MG/L

ANTALL DELTAGERE:	16	VARAIASJONSBREDDE:	0.91
ANTALL UTELATTE RES.:	0	VARIANS:	0.07
SANN VERDI:	3.23	STANDARDAVVIK:	0.26
MIDDELVERDI:	3.27	RELATIVT STANDARDAVVIK:	7.97 %
MEDIAN:	3.23	RELATIV FEIL:	1.30 %

ANALYSERESULTATER I STIGENDE REKKEFØLGE:

8	2.97	:	3	3.20	:	6	3.31
11	3.00	:	14	3.20	:	10	3.40
16	3.00	:	2	3.25	:	13	3.44
15	3.10	:	1	3.25	:	18	3.80
7	3.10	:	19	3.30	:	17	3.88
9	3.15	:					

U UTELATTE RESULTATER

miniringtester

Tidlige rapporter

Miniringtest 8101

Ortofosfat, totalfosfor, nitrat og totalnitrogen
25. juni 1981

Miniringtest 8202

Ortofosfat, totalfosfor, nitrat, ammonium og totalnitrogen
26. april 1982

Miniringtest 8203

Ortofosfat, totalfosfor, nitrat, ammonium og totalnitrogen
27. august 1982

Miniringtest 8204

Aluminium, bly, jern, kadmium, kobber, mangan og sink
22. desember 1982

Miniringtest 8305

Aluminium, bly, jern, kadmium, kobber, mangan og sink
30. mars 1983

Miniringtest 8306

Ortofosfat, totalfosfor, nitrat, ammonium og totalnitrogen
24. juni 1983

Miniringtest 8307

Nitrat, ammonium og totalnitrogen
30. november 1983

Miniringtest 8408

Aluminium, bly, jern, kadmium, kobber, mangan og sink
30. mars 1984

Miniringtest 8409

Fosfat, totalfosfor, nitrat, ammonium og totalnitrogen
21. juni 1984

Miniringtest 8410

Nitrat, ammonium og totalnitrogen
7. desember 1984

Miniringtest 8511

Fosfat og totalfosfor
24. april 1985

Miniringtest 8512

Nitrat, ammonium og totalnitrogen
10. januar 1986

Miniringtest 8613

Fosfat og totalfosfor
30. mai 1986

Miniringtest 8614

Nitrat, ammonium og totalnitrogen
10. november 1986

Miniringtest 8715

Fosfat, totalfosfor, nitrat, ammonium og totalnitrogen
25. april 1987

Skjult miniringtest 8716

pH, konduktivitet, alkalitet, nitrat, klorid, sulfat, kalsium, magnesium, natrium og kalium
21. januar 1988

Miniringtest 8817

pH, konduktivitet, alkalitet, nitrat, klorid, sulfat, kalsium, magnesium, natrium og kalium
25. juli 1988

Miniringtest 8818

Fosfat, totalfosfor, nitrat, ammonium og totalnitrogen
20. januar 1989

Rapporter bestilles hos:

Norsk institutt for vannforskning. Postboks 33, Blindern, 0313 Oslo 3

Tlf.: (02) 23 52 80